



Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛИНВИТ"
(ННОУ "УМЦ ЛИНВИТ")

105120, г. Москва, Б. Полярославский пер., д. 18, стр. 3, 2 этаж

Тел./факс (495) 730-53-56

<http://www.linvit.ru>

e-mail: linvit@linvit.ru

«*Обвеста*» 2014 г № *52* /Л
На № _____ от « _____ » _____ 2014 г
«о приборе Metrel MI 2892»

Директору
ООО «Евротест»
Волкову О. Н.

Уважаемый Олег Николаевич!

В ознакомительных целях ННОУ «УМЦ ЛИНВИТ» был предоставлен анализатор качества электрической энергии Metrel MI 2892 (далее прибор). Официальным представителем компании Metrel в России является ООО «Евротест», предоставившее данный прибор нашей организации.

Тестовая эксплуатация осуществлялась сотрудниками Испытательного центра ООО «ЛИНВИТ». Были проведены измерения показателей качества электрической энергии в сетях 0,4 кВ различной длительности и выполнена оценка возможностей прибора и программного обеспечения (далее ПО), удобства и надежности работы прибора.

Тестовая эксплуатация показала, что прибор Metrel MI 2892 позволяет проводить измерения класса А по ГОСТ 30804.4.30-2013 с целью проверки соответствия электроэнергии требованиям ГОСТ Р 32144-2013.

С уважением,
Директор ННОУ «УМЦ ЛИНВИТ»



М. В. Никифорова Никифорова М. В.